

طراحی و ساخت دستگاه تنظیم pH محلول خودکار به روش بازخورد لحظه‌ای

حامد خرمی^{۱*}، سمیه مهدیان^۱، سید سلمان ذکریایی^{۱،۲}، میثم عزیزنژاد^۱

(۱) مرکز رشد فناوری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

(۲) گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۱/۱۸

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

چکیده

ارزیابی میزان اسیدی یا بازی بودن محلول‌ها در بسیاری از صنایع مانند صنایع غذایی، پزشکی، مهندسی شیمی، صنایع پتروشیمی، کشاورزی، دامپروری، آزمایشگاه‌های صنعتی و... کاربرد دارد. با توجه به اهمیت pH، اندازه‌گیری pH به صورت پرتابل و ایستگاهی بسیار مرسوم و جزء جدایی‌ناپذیر این بررسی‌ها است. در بسیاری از این اقدامات و مطالعات، باید یک محلول با pH مطلوب تهیه شود؛ بنابراین، لزوم وجود دستگاهی که بتواند میزان pH محلول را به صورت لحظه‌ای کنترل و مجدداً تنظیم کند، بسیار ضروری است. در این مطالعه، یک دستگاه سنجش pH محلول مجهز به تنظیم‌کننده خودکار pH به روش بازخورد لحظه‌ای توصیف می‌شود. هدف از طراحی و ساخت این سیستم، ایجاد یک دستگاه تنظیم‌کننده pH خودکار بدون دخالت دست برای محلول‌های سمی و خطرناک است که امکان تنظیم دقیق pH مدنظر در کمترین زمان ممکن را داشته باشد. این دستگاه با قابلیت تنظیم خودکار pH محلول، مجهز به یک واحد اندازه‌گیری pH است که در هر لحظه می‌تواند مقدار pH محلول را ارائه دهد. کاربر مقدار pH مدنظر را تعیین می‌کند و دستگاه تصمیم می‌گیرد که برای رسیدن به نقطه هدف، از مخزن اسید یا باز مرجع استفاده نماید. همه این عملیات می‌تواند به صورت کاملاً خودکار یا دستی انجام شود. مقدار خطای (تلرانس) دستگاه در تنظیم خودکار pH محلول ۲ درصد است که در معیار سنجش pH بسیار ناچیز است.

واژه‌های کلیدی: pH، دستگاه سنجش pH، تنظیم خودکار pH محلول، تنظیم pH محلول به روش بازخورد لحظه‌ای

* نویسنده مسئول: مرکز رشد فناوری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

Email: hamedkhorami@yahoo.com

Copyright © 2019 Journal of Ilam University of Medical Science. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution international 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>) which permits copy and redistribute the material, in any medium or format, provided the original work is properly cited.

مقدمه

pH واژه‌ای است که برای تعریف میزان یون‌های معادل هیدروژن موجود در محلول استفاده می‌شود. اندازه‌گیری میزان اسیدی یا بازی بودن محلول‌ها در بسیاری از صنایع مانند صنایع غذایی، دارویی، مهندسی شیمی، صنایع پتروشیمی، کشاورزی و دامپروری، تصفیه‌خانه‌ها، آزمایشگاه‌های صنعتی، پزشکی و سایر صنایع کاربرد دارد. در آزمایشگاه ژنتیک، برای غربالگری جنین‌های مذکر یا مؤنث، از تزریق یک محلول با pH مشخص استفاده می‌شود که ضمن حفظ بافت سلول‌های جنین با جنسیت مدنظر سبب می‌گردد جنین‌های مخالف از بین بروند. از این روش در درمان نازایی به روش IVF استفاده می‌شود که تحت عنوان غربالگری جنسیت شناخته می‌شود (۱-۳). در صنایع غذایی، کنترل سطح pH مرحله‌ای اساسی در تولید محصولات با کیفیت بالا است. در هنگام فرآوری مواد غذایی، مدیریت و حفظ مقدار بهینه pH در بسیاری از واکنش‌های شیمیایی و فیزیکی بسیار مهم است (۴)؛ به‌عنوان مثال، pH کنترل نشده در طول مراحل تولید ماست، به طعم نامطلوب، تغییر رنگ و... محصول منجر می‌شود. سطح مناسب pH نه تنها برای طعم، ظاهر و کیفیت دلخواه فرآورده لازم است، بلکه حفظ pH مناسب یکی از نیازهای سلامت مواد غذایی است. نظارت بر سطح pH همچنین می‌تواند در ارزیابی تازگی و تشخیص باکتری‌های کشنده مانند بوتولیسم در غذاها کمک‌کننده باشد. میان تازگی غذا و سطح pH همبستگی و رابطه معناداری وجود دارد (۵).


همچنین pH عامل مهمی در بازسازی بافت‌های موجودات زنده است و محدوده نرمال pH در هنگام بهبود بافت بین ۵/۷ تا ۷/۸ است. بسیاری از مطالعات، همبستگی روند بهبودی با مقادیر pH را گزارش کرده‌اند (۶). امکان کنترل سوختگی و تشخیص وجود باکتری با مانیتورینگ و مدیریت pH ناحیه درمان ممکن است (۸، ۷). میان مقدار pH و بسیاری دیگر از شرایط پزشکی و بیماری‌ها همبستگی و رابطه معناداری وجود دارد. در این صنایع یا آزمایشگاه‌های بالینی، میزان pH محلول همواره باید

در یک سطح خاص، ثابت باشد. با توجه به اهمیت pH، اندازه‌گیری pH به‌صورت پرتابل و ایستگاهی در همه آزمایشگاه‌های مواد غذایی و پزشکی بسیار مرسوم و جزء جدایی‌ناپذیر این بررسی‌ها است؛ همچنین در بسیاری از اقدامات و مطالعات، یک محلول با pH مطلوب تهیه می‌شود؛ بنابراین، لزوم وجود دستگاهی که بتواند میزان pH محلول را به‌صورت لحظه‌ای، کنترل و مجدداً تنظیم کند، بسیار ضروری است. در این مطالعه بر آنیم تا یک دستگاه تنظیم‌کننده pH خودکار به روش بازفورد لحظه‌ای را توصیف کنیم. این دستگاه طراحی و ساخته شده مربوط به فرایندهای آزمایشگاهی، صنعتی و به‌طور ویژه، فرایند اندازه‌گیری pH و تنظیم pH یک محلول است. دستگاه طراحی و ساخته شده: در دستگاه‌های اندازه‌گیری pH موجود در بازار، تنها به اندازه‌گیری pH به راه‌های گوناگون پرداخته شده و با تغییر حس‌گر و سازوکار این اندازه‌گیری‌ها، به ارتقای عملکرد دستگاه در شرایط مختلف اقدام گردیده است. وجه تمایز اصلی این دستگاه طراحی و ساخته شده نسبت به نمونه‌های مشابه، تنظیم خودکار pH محلول است. در واحد اندازه‌گیری این دستگاه جدید، یک همزن نیز تعبیه شده است که در طول آزمایش، همواره سبب همگن شدن محلول و اندازه‌گیری صحیح‌تر pH محلول می‌گردد. در این بخش، ابتدا توضیحات مربوط به دستگاه تنظیم‌کننده pH بیان می‌شود و سپس دو ویژگی تنظیم خودکار pH محلول و اندازه‌گیری pH محلول با جزئیات ذکر می‌گردد.

نقشه فنی دستگاه طراحی و ساخته شده در شکل شماره ۱ نشان داده شده است. با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه قطعات الکترونیک و سخت‌افزارهای وابسته به آن، در حال حاضر بیشتر دستگاه‌ها بر اساس بردهای توسعه نظیر بردهای Arduino، ARM و Raspberry pi و... طراحی می‌شوند. در این دستگاه برای ارتقای سرعت پردازش و با توجه به استفاده از نمایشگر TFT لمسی، از برد توسعه ARM با شماره کاتالیست STM32F407ZGT6 استفاده شده است.

مربوط به منبع تغذیه دستگاه تقسیم کرد که در ادامه، هرکدام از این بخش‌ها به تفصیل بیان می‌شوند.


به صورت کلی، اجزای این دستگاه را می‌توان به چهار بخش تجهیزات ورود داده، بخش پردازش اطلاعات، تجهیزات بخش تزریق و پمپاژ و تجهیزات



شکل شماره ۱. نقشه فنی و اتصالات دستگاه تنظیم pH محلول خودکار

این دو ظرف از جنس ABS و توسط پرینتر سه بعدی ساخته شده است. ظروف یادشده در شکل شماره ۲ الف نشان داده شده است. بر روی این ظروف، دو عدد شیر نصب گردیده که به پمپ‌های اسید و باز وصل می‌شوند.

نحوه کار با بخش پایه و تزریق: به منظور تشریح چگونگی ساخت و به کارگیری این دستگاه، ابتدا به بخش تجهیزات پایه دستگاه پرداخته می‌شود. دو ظرف برای تهیه اسید (Acid-Container) و باز (Base-Container) با غلظت معین در نظر گرفته شده است.



شکل شماره ۲. الف. مخازن نگهداری محلول اسید و باز مرجع با غلظت‌های مشخص؛ ب. پمپ‌های تزریق اسید و باز؛ ج. بازوی اندازه‌گیری، تزریق و همزن

چون جنس محافظ حسگر pH از پلاستیک طلقی است، امکان صدمه دیدن آن وجود دارد؛ دوم. در همزن‌های لغزشی با توجه به اینکه ممکن است از مواد سمی، باز و یا اسید قوی استفاده شود، احتمال واژگونی و صدمات جانی وجود دارد. در این دستگاه، از یک مینی‌موتور و کیوم هوا (همانند دستگاه فشارخون دیجیتال) استفاده شده که با فشار و فواصل زمانی دلخواه، در محلول موج تولید می‌کند و سبب همگن شدن محلول می‌گردد.

نحوه ساخت و کارکرد بازوی ورود و خروج دستگاه: بازوی ورود و خروج دستگاه در شکل شماره ۲ ج نشان داده شده است. بازوی دستگاه دو محور و سه مفصل قابل حرکت دارد تا به سادگی امکان نمونه‌گیری با انواع ظرف‌های آزمایشگاهی را برای کاربر فراهم کند. این بازو شامل موارد زیر است:


- ۱- خروجی‌های اسید و باز؛
- ۲- خروجی هوای همزن؛
- ۳- حسگر دمای مایعات مدل 18B20؛
- ۴- حسگر سنجش pH شرکت DFROBOT.

همان‌طور که در شکل شماره ۲ ب نشان داده شده است، دستگاه دو عدد موتورپمپ کوچک دارد که در دستگاه‌های با مقیاس صنعتی می‌تواند بزرگ‌تر باشند. در این موتورپمپ‌ها، با هر بار فشار پره بر روی شلنگ تعبیه شده حول محور آن، مقدار خاص از محلول خارج می‌شود؛ برای مثال، با هر بار چرخش پره، مقدار ۱ میلی‌لیتر تزریق صورت می‌گیرد. این سازوکار کمک می‌کند تا در لحظه نزدیک شدن به نقطه pH مدنظر، تزریق دقیق‌تر و کندتر انجام شود. یکی دیگر از برجستگی‌های این نوع موتورپمپ‌ها، حالت رفت و برگشتی آن‌ها است که هم می‌تواند برای تخلیه و هم برای مکش استفاده گردد. این سازوکار برای ارتقای دستگاه به منظور انجام کار با مواد سمی، بسیار کارآمد خواهد بود.

همزن‌های آزمایشگاهی معمولاً به دو صورت پایه مگنتی یا لغزشی هستند که از موتورهای ویبراتور استفاده می‌شود. بنا به دو علت این همزن‌ها نمی‌توانند در این دستگاه استفاده گردند: نخست، در همزن‌های مگنتی با توجه به قرار گرفتن قطعه ثانویه مگنت در محلول، احتمال برخورد آن با حسگرها وجود دارد؛

واحد تجهیزات الکترونیکی، پردازش و نمایش سیستم؛ در دستگاه‌های جدید، از طراحی PCB (مدارات چاپی) استفاده نمی‌شود. در حال حاضر، شرکت‌های متعددی در دنیا بردهای توسعه گوناگونی را تولید کرده‌اند که یک برد، همه نیاز طراحان را برآورده می‌کند. بسته به طراح و نوع طرح مدنظر، یک

برد از یک خانواده مشخص انتخاب می‌شود. در این دستگاه، از یکی از بردهای قدرتمند ARM- Catalyst STM32F407zgt6 استفاده شده است که در شکل شماره ۳ الف، ویژگی‌های این برد نشان داده شده است.




ج

الف



د



ب

شکل شماره ۳. الف. برد کنترل مرکزی دستگاه؛ ب. قطعه L298N برای راه‌اندازی و کنترل موتورهای استفاده شده در دستگاه؛ ج. قطعه واکاوی مقدار حسگر pH با نام Analog PH Sensor/Meter Kit V2؛ د. منبع تغذیه سوئیچینگ ۱۲ ولت ۵ آمپر

در این دسته از بردها، بر اساس توان و تجربه فنی طراحان، تراشه برنامه‌پذیر دستگاه برنامه‌ریزی می‌شود و با کنترل ورودی و خروجی، مواردی که نیاز است، انجام می‌گیرد. همان‌گونه که در نقشه کل دستگاه (شکل شماره ۱) نشان داده شده است، داده‌های ورودی به این برد، دو داده مجزا هستند که یکی خروجی حسگر pH است که به پایه A0 وصل می‌گردد و دیگری حسگر دما است که به پایه A1 وصل است. خروجی‌های این برد عبارتند از:


- ۱- خروجی F3، F2 مربوط به کنترل موتور بخش اسید؛
- ۲- خروجی F5، F4 مربوط به کنترل موتور بخش باز؛
- ۳- خروجی F7، F6 مربوط به کنترل موتور بخش همزن؛
- ۴- خروجی IDE LCD که برای ارتباط با LCD لمسی به‌کار گرفته شده است.

این منظور، بردی توسط شرکت DFROBOT طراحی شده است که این مشکل را به خوبی پوشش می‌دهد و داده‌ای با ثبات بالا را در خروجی ارائه می‌کند. در شکل شماره ۳ ج، نمونه‌ای از این برد نشان داده شده است.

بخش بعدی واحد نمایشگر لمسی دستگاه است که در این بخش، از یک LCD با رابط کاربری IDE، برای اتصال به برد مرکزی با رزولوشن 320×480 استفاده شده است. با توجه به حجم بالای کلیدهای ورودی و خروجی که در شکل‌های شماره ۴ الف تا ج نشان داده شده است، استفاده از کیبورد چندان مقرون به صرفه و فنی به نظر نمی‌رسد؛ بنابراین، استفاده از نمایشگر لمسی این امکان را فراهم می‌کند که در آینده با توجه به نیاز مشتریان و کاربران، دستگاه بدون هیچ‌گونه تغییر فیزیکی به‌روزرسانی شود. در این واحد، سه منوی اصلی یا خانه، منوی اندازه‌گیری و تنظیم pH و منوی کالیبراسیون تعبیه گردیده است که در شکل‌های شماره ۴ الف تا ج نشان داده شده‌اند.

پایه تغذیه مثبت ۵ ولت و ارتباط زمین دستگاه از منبع تغذیه پس از تثبیت به برد اعمال شده است. در شکل شماره ۱، دو عدد برد کنترل موتور با نام L298N مشاهده می‌شود. در میان طراحان، این دسته از بردهای کمکی با عنوان شیلد مطرح هستند که کار طراح را ساده می‌کنند. به جای طراحی، آزمون و خطا، صرف انرژی و وقت، از این دسته برد آماده می‌توان استفاده کرد که در بازار موجود است. توضیحات مربوط به پایه‌های این قطعه که وظیفه کنترل دور موتورها را بر عهده دارد، در شکل شماره ۳ ب بیان شده است. در ادامه مطلب، به بررسی و تشریح برد اندازه‌گیری حسگر pH پرداخته می‌شود.


خروجی حسگر pH یک مقدار آنالوگ با نویز فراوان است که همواره طراحان را با مشکلات بسیاری مواجه می‌کند. با توجه به نوسانات موجود در خروجی، داده‌های خروجی قابل اطمینان نیستند. برای حل این مشکل، طراح باید یک مدار انتگرال‌گیر تقویتی را تعریف کند که ضمن خواندن مقادیر در بازه مثبت و منفی، از ورود نویزهای ناخواسته جلوگیری نماید. برای



شکل شماره ۴. الف. منوی اصلی یا خانه؛ ب. منوی اندازه‌گیری و تنظیم pH مملول؛ ج. منوی کالیبراسیون حسگر pH؛ د. نمایی از نرم‌افزار دستگاه

جلوگیری از ایجاد نویز در این بخش، از یک منبع تغذیه سوئیچینگ ۱۲ ولت ۵ آمپر (شکل شماره ۳ د) استفاده شده است. این بخش با دو رشته سیم به ورودی برق شهر وصل می‌شود و توان مورد نیاز دستگاه را بدون هیچ‌گونه اعوجاجی تأمین می‌کند. تصویر واقعی دستگاه سنجش pH مجهز به تنظیم‌کننده pH محلول در شکل شماره ۵ نشان داده شده است.

واحد نرم‌افزاری دستگاه: همان‌طور که در شکل شماره ۴ د نشان داده شده است، با توجه به نیاز کاربر می‌توان محدوده تغییرات pH در یک بازه زمانی خاص را مشاهده کرد. برای این منظور، از پورت USB استفاده می‌شود که در پشت دستگاه تعبیه شده است. این نحوه نمایش، در صنایع غذایی و دامپروری بسیار پرکاربرد است. دستگاه تغذیه مدارها: برای تأمین انرژی دستگاه و



شکل شماره ۵. تصویر واقعی دستگاه سنجش pH مجهز به تنظیم‌کننده pH محلول خودکار

که برای رسیدن به نقطه هدف (Set point)، از مخزن اسید مرجع یا باز مرجع استفاده کند. همه این عملیات می‌تواند به صورت کاملاً خودکار یا دستی انجام شود. در منوی دستی، خود کاربر تعیین می‌کند که اسید یا باز تزریق گردد.

در بررسی متون انجام‌شده در پایگاه‌های ثبت اختراع، چندین نمونه کنترل‌گر pH ثبت شده به دست آمد که در ادامه، به صورت مختصر هر کدام توضیح داده می‌شود.

در طراحی، ساخت و پیاده‌سازی کنترلر PH در فرایند فدیچ برای تولید مخمر نان با شماره ثبت ۷۶۸۰۳ در سامانه مالکیت معنوی سازمان ثبت و اسناد کشور، با برنامه‌نویسی به روش فازی در روش کمترین

بحث و نتیجه‌گیری

هدف از طراحی و ساخت این دستگاه، ایجاد یک دستگاه تنظیم‌کننده pH خودکار بدون دخالت دست (درباره محلول‌های سمی و خطرناک) است که امکان تنظیم دقیق pH مدنظر در کمترین زمان ممکن (حدود ۳ دقیقه) را داشته باشد، به نحوی که بدون صرف زمان و انرژی و به دور از اشتباهات چشمی و سهوی، از pH محلول مدنظر اطمینان داشته باشیم. این دستگاه با قابلیت تنظیم خودکار pH محلول به روش بازخورد لحظه‌ای، مجهز به یک واحد اندازه‌گیری pH است که در هر لحظه می‌تواند مقدار pH محلول را ارائه دهد. کاربر از طریق نمایشگر، مقدار pH مدنظر را وارد می‌کند و دستگاه پس از پردازش تصمیم می‌گیرد

مربعات خطا در محیط نرم‌افزاری MATLAB و پیاده‌سازی در نرم‌افزار CX-PROGRAMMING، سیستم PLC و برنامه‌نویسی HMI و برقراری ارتباط با تجهیزات ابزار دقیق به وسیله کامپیوتر توانستند PH مخمر نان در فرایند فدیج را کنترل کنند. برای کنترل PH، از تجهیزات حس گر PH با خروجی mv -۰-۱۰۰، ترموکوپل ۱۰۰-۰ درجه با خروجی ۱۰۰-۰ اهم، ترانس‌میتور محلی با خروجی ۴-۲۰ ma، شیر برقی خاموش-روشن استفاده شد. در این دستگاه، با برنامه‌نویسی و استفاده از روش فازی و تجهیزات ابزار دقیق، کنترل شیر برقی را دقیق‌تر انجام دادند و توانستند pH محیط را کنترل کنند. این دستگاه از نظر هدف و عملکرد، کاملاً با دستگاه طراحی شده در این پژوهش متفاوت است.

دستگاه اندازه‌گیری خودکار pH و اسیدیته شیر با شماره ثبت ۸۴۶۱۴ در سامانه مالکیت معنوی سازمان ثبت و اسناد کشور، به جای استفاده از معرف فنل فتالین در اندازه‌گیری اسیدیته، از pH متر الکتروودار استفاده شد که در pH تغییر رنگ معرف به رنگ صورتی تنظیم شده است؛ زیرا در روش‌های متداول برای اندازه‌گیری pH، از pH متر الکتروودار و اسیدیته بر اساس تیتراسیون به صورت دستی انجام می‌گیرد. این دستگاه برای اندازه‌گیری همزمان pH و اسیدیته طراحی شده است.

دستگاه تنظیم‌کننده pH با شماره ثبت ۷۵۲۹۶ در سامانه مالکیت معنوی سازمان ثبت و اسناد کشور که در مراحل اولیه ارتقا است، برای جلوگیری از هدر رفت زمان و انرژی در آزمایشگاه‌های شیمی تجزیه، برای تنظیم خودکار pH مملول‌ها طراحی شده است. در این دستگاه، با افزودن اسید و باز در مخازن مشخص و با وارد کردن مقدار مدنظر، به صورت خودکار pH نمونه تنظیم می‌شود.

در دستگاه تنظیم خودکار pH با شماره ثبت اختراع CN105492987A، گاز حامل را می‌توان برای تنظیم pH مایعات و جذب / اتمی کردن استفاده کرد؛ بنابراین، نامتعادل بودن توزیع غلظت هیدروژن در نمونه را می‌توان کاهش داد و به صورت پایدار به PH مدنظر رسید. هنگامی که مایعات آمونیاک به عنوان مایع

تنظیم pH به صورت اسپری استفاده می‌شود، حباب در اسپری تولید می‌گردد. این مشکل مانع تنظیم pH پایدار می‌شود. این دستگاه با توجه به مشکلات بالا ارائه شده است. مخترعین از روش اسپری کردن، در انتقال مایع تنظیم‌کننده pH استفاده می‌کنند؛ به این صورت که در این دستگاه، وقتی pH در مسیر انتقال مملول با استفاده از اسپری تنظیم می‌شود، به طور پایدار می‌تواند وظیفه تنظیم خودکار pH را انجام دهد. یک دستگاه تنظیم خودکار PH با شماره ثبت اختراع CN210875801U شامل یک واحد کنترل، یک واحد تشخیص مقدار PH، یک واحد تجزیه و تحلیل PH و یک واحد تحویل مملول است که به ترتیب و از نظر الکتریکی با واحد کنترل متصل هستند. واحد تشخیص PH شامل یک جایگاه و یک PH متر بر روی جایگاه است. PH متر در هر نقطه اندازه‌گیری تحت کنترل واحد کنترل، اندازه‌گیری‌ها را انجام می‌دهد. واحد آنالیز PH مقدار اندازه‌گیری شده را محاسبه و تجزیه و تحلیل می‌کند تا مقدار محلولی را که قرار است تزریق شود، به دست بیاورد. در مقایسه با دستگاه‌های پیشین، ردیاب PH در دستگاه تنظیم خودکار PH، به طور خودکار در ore pulp برای اندازه‌گیری قرار می‌گیرد، به طوری که درجه اتوماسیون اندازه‌گیری مقدار PH بهبود می‌یابد، از سختی کار اپراتورها می‌کاهد و نقطه اندازه‌گیری به صورت دقیق تعیین می‌شود. واحد آنالیز PH برای تجزیه و تحلیل و محاسبه استفاده می‌گردد و به طور خودکار، مقدار تزریق مملول به دست می‌آید؛ همچنین از حالتی که اپراتور با توجه به تجربه، میزان مملول مورد نیاز را تعیین می‌کند، اجتناب می‌شود و دقت تزریق دارو بهبود می‌یابد.

دستگاه تنظیم pH خودکار با شماره ثبت اختراع CN211677663U، شامل ظرف Reation، pH متر، ظرف مملول اسیدی، ظرف مملول قلیایی و دو شیر برقی است. pH متر در ظرف Reation تنظیم می‌شود و با پمپ peristaltic در شیشه مملول اسیدی/بازی تجهیز شده است. در مقایسه با دستگاه پیشین، این نوع نه تنها مزایای سختی کار کمتری دارد، بلکه به طور مؤثرتری pH را تنظیم می‌کند.

به روزرسانی و رفع ایراد نرم‌افزاری دستگاه انجام شود؛ همچنین استفاده از مانیتور لمسی بسیار کاربرپسند است و در آینده می‌توان منوهای دیگری بر روی این دستگاه اضافه کرد؛ برای مثال، به جای حس گر pH که با کانکشن میکروفونی به دستگاه وصل شده است، می‌توان حس گر سختی را به دستگاه متصل کرد و سختی مایعات را نیز اندازه گرفت. با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده با ARM، در این دستگاه طیف متنوعی از عملیات ورود و خروج به صورت دستی و خودکار برای کاربر فراهم گردیده است. برای ارزیابی عملکرد دستگاه در کنترل pH محلول، نتایج توسط یک pH متر مدل ۷۸۰ (Metrohm Switzerland) مجدداً بررسی شد. مقدار خطای (ترانس) سیستم ۲ درصد است که در معیار سنجش pH بسیار ناچیز است.

از این دستگاه در صنایع و آزمایشگاه‌های گوناگون می‌توان استفاده کرد. در صنایع غذایی، دارویی، پزشکی، دام‌پروری و آبی‌پروری که با مقوله اندازه‌گیری pH و تهیه یک محلول با pH مشخص سروکار دارند، وجود نمونه صنعتی این دستگاه بسیار پرکاربرد خواهد بود.

سپاس‌گزاری

دستگاه تنظیم خودکار pH محلول به روش بازخورد لحظه‌ای، حاصل یک طرح فناورانه در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایلام است و با شماره اختراع ۱۰۲۰۴۰ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ در سامانه مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است. نویسندگان بر خود لازم می‌دانند مراتب تشکر صمیمانه خود را از حمایت‌های بی‌دریغ معاونت محترم تحقیقات و فناوری، مرکز رشد فناوری سلامت و مرکز تحقیقات میکروبی‌شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایلام اعلام کنند.

References

1. Fawzy M, Emad M, Wilkinson J, Mansour R, Mahran A, Fetih A, et al. Triple arm trial of pH effect on live birth after ICSI in Egyptian IVF facilities protocol of a randomized controlled trial.

دستگاه تنظیم خودکار pH با شماره ثبت اختراع WO2013140560A1، امکان تهیه کوتاه‌مدت نمونه برای جداسازی و غلیظسازی را فراهم می‌آورد و می‌تواند عوامل آلودگی را در طول آماده‌سازی نمونه به کمترین میزان برساند. در دستگاه تنظیم خودکار pH، سیال تنظیم‌کننده pH را می‌توان به صورت غبار به سوی سطح مایع یک نمونه پرتاب کرد که به طور پایدار با کاهش نوسانات در شدت نور عبوری، pH نمونه در یک سطح هدف تنظیم می‌شود؛ بنابراین، یک نمونه در مقدار لازم برای جداسازی و غلیظ کردن را می‌توان در یک زمان کوتاه آماده ساخت. علاوه بر این، یک منبع نور و یک طیف‌سنج که در اندازه‌گیری pH استفاده می‌شود، در خارج از ظرف قرار دارد، درحالی‌که روزنه جت از یک نبولایزر با سطح مایع نمونه تماس ندارد. در دستگاه تنظیم pH خودکار، دستگاه‌های استفاده‌شده در تنظیم pH با نمونه تماس ندارند؛ بنابراین، عوامل آلودگی در هنگام تنظیم pH می‌تواند به کمترین حد برسد.

این دستگاه‌ها از نظر هدف، ساختمان و عملکرد، کاملاً با دستگاه طراحی‌شده در این پژوهش متفاوت هستند. وجه تمایز اصلی این دستگاه طراحی و ساخته‌شده نسبت به نمونه‌های مشابه، تنظیم خودکار pH محلول است. در واحد اندازه‌گیری این دستگاه جدید، یک همزن نیز تعبیه‌شده است که در طول آزمایش، همواره سبب همگن شدن محلول و اندازه‌گیری صحیح‌تر pH محلول می‌گردد. در بررسی متون انجام‌شده بر اساس یافته‌های ما، نمونه‌ای از دستگاه اندازه‌گیری pH یافت نشد که بتواند pH محلول مورد آزمایش را به صورت خودکار تنظیم کند؛ بنابراین، این دستگاه از این نظر نسبت به دستگاه‌های دیگر ارجحیت دارد که صرفاً اندازه‌گیری pH را انجام می‌دهند. پورت USB تعبیه‌شده در پشت دستگاه این امکان را فراهم می‌کند که در هر زمان و هر مکان،

BMJ Ope2020; 10:1-7.
doi.10.1136/bmjopen-2019-034194.
2. Swain JE. Is there an optimal pH for culture media used in clinical IVF? Hum

Rep Up2012; 18: 333-9.
doi.10.1093/humupd/dmr053.
3.Will MA, Clark NA, Swain JE. Biological pH buffers in IVF help or hindrance to success. J Assist Rep Gen2011; 28: 711-24. doi.10.1007/s10815-011-9582-0.
4.Huang WD, Deb S, Seo YS, Rao S, Chiao M, Chiao JC. A passive radio frequency Ph sensing tag for wireless food-quality monitoring. IEEE Sen J 2011; 12: 487-95. doi. 10.1109/JSEN.2011.2107738.
5.Shah A, Chauhan OP. IT16 applications of bio-sensors in agri-food industry and mitigation of bio-threat paradigm. 2nd Int

Sym Phys Technol Sen. 2015; P.7. doi.10.1109/ISPTS.2015.7220156.
6.Puchberger D, Krutzler C, Vellekoop MJ. Organically modified silicate film pH sensor for continuous wound monitoring. IEEE 2011; 12:14. doi.10.1109/ICSSENS.2011.6127220.
7.Shorrock SM, Kun S, Peura RA, Dunn RM. Determination of a relationship between bacteria levels and tissue pH in wounds animal studies. IEEE 2019; 26:117-8. doi.10.1109/NEBC.2000.842407.
8.Farooqui MF, Shamim A. Low cost inkjet printer smart bandage for wireless monitoring of chronic wounds. Sci Rep 2016; 6:1-13. doi.10.1038/srep28949.

Design and Construction of an Automatic pH Adjustment System by Instant Feedback Method

Khorami H^{1*}, Mahdian S¹, Zakariaee S^{1,2}, Aziznejad M¹

(Received: January 6, 2021

Accepted: April 7, 2021)

Abstract

Evaluations of the acidity or alkalinity of solutions are used in many industries such as food industries, medicine, chemical engineering, petrochemical industries, agriculture, animal husbandry, industrial laboratories, etc. Portable and stationary pH measurements are very common and are an integral part of these studies, due to the importance of pH. In most of these evaluations and studies, a solution with the preferred pH magnitude must be prepared. Therefore, it is necessary to have a device that can instantaneously control and reset the pH of the solution. In this study, a pH meter equipped with an automatic pH regulator by instant feedback method is described.

This system was designed and constructed to create an automatic pH regulator without

manual intervention for toxic and dangerous solutions, which could accurately adjust the desired pH in the shortest possible time. The automatic pH adjustment system is equipped with a pH measuring unit that can instantaneously present the pH of the solution. The user determines the desired pH value and the system decides to use the acid or alkaline reference tanks to reach the target point. These operations can be done in a fully automated or manual manner. The error (tolerance) of the automatic pH adjustment of the solution is 0.02, which is very small in the pH evaluations.

Keywords: pH, pH meter, automatic pH adjustment of the solution, pH adjustment of the solution by instant feedback method

1. Health Technology Incubator Center, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran

2. Dept of Medical Physics, Faculty of Paramedical Sciences, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran

*Corresponding author Email: hamedkhorami@yahoo.com